



实验室安全隐患整改通知

环境与能源学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于 9 月 3 日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将部分实验室存在的安全问题告知如下：

一、私自在校外购买国家管制的易制毒、易制爆化学品，实验室和数量如下：

- B4-132 实验室 硫酸、盐酸各 1 瓶；
- B4-133 实验室 硫酸 2 瓶，盐酸 2 瓶，硝酸 1 瓶，丙酮 4 瓶，甲苯 1 瓶，吡啶 1 瓶，乙醚 1 瓶；
- B4-141 实验室 硫酸、盐酸各 1 瓶；
- B4-337 实验室 甲苯 2 瓶，硫酸 1 瓶，丙酮 10 瓶；
- B4-431 实验室 硫酸 1 瓶；
- B4-434 实验室 甲苯 1 瓶；
- B4-435 实验室 硫酸 3 瓶，三氯甲烷 1 瓶；
- B4-437 实验室 硫酸 5 瓶；
- B4-443 实验室 硫酸 1 瓶；
- B4-535 实验室 丙酮一批若干瓶；
- B4-541 实验室 盐酸、硫酸、乙酸酐各 1 瓶，丙酮 2 瓶；
- B4-542 实验室 丙酮、硫酸各 1 瓶；
- B4-543 实验室 1 箱丙酮。

二、其他问题如下：

- B4-132 实验室 用电炉（明火）加热；
- B4-135 实验室 门外公共区域堆放大量设备及污水，臭味很重；
- B4-334 实验室 气瓶未固定；
- B4-337 实验室 门外公共空间摆放大量杂物；



- B4-431 实验室 气瓶未固定，墙壁渗水；
- B4-433 实验室 门口放置水箱，堵住消防箱；
- B4-434 实验室 废弃化学品摆放过道；气瓶未固定；
- B4-435 实验室 多个电插板串联使用；
- B4-436 实验室 门开无人值守；
- B4-437 实验室 气瓶未固定；多个电插板串联使用；
- B4-438 实验室 门口堆放杂物、设备、废弃化学品；
- B4-439 实验室 门开无人值守；
- B4-442 实验室 气瓶未固定；
- B4-535 实验室 门开无人值守；
- B4-536 实验室 室内气瓶均未固定；
- B4-537/538 实验室 门口公共空间，堆放大量化学试剂、设备、气瓶和建筑材料；
- B4-541 实验室 室内所有气瓶均未固定，室内堆放杂物；
- B4-543 实验室 1 个气瓶未固定。

三、部分学生在实验室未穿着实验防护服，穿着露趾鞋、拖鞋、短裙、短裤等在操作实验。

四、大多数实验室规章制度及安全操作规程未在明显处挂贴上墙，无安全警示标识。

请贵院遵守国家和学校的相关政策和规定，针对上述问题尽快启动整改工作，加强实验室安全管理，并于 2014 年 9 月 24 日前提交学院整改情况报告。

我处将联合大学城校区管委会不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。



华南理工大学
South China University of Technology

实验室与设备管理处

Laboratory & Facility Management Office

特此函达。

实验室与设备管理处

大学城校区管委会

二〇一四年九月十六日