



实验室安全隐患整改通知

材料科学与工程学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于9月2、3日对贵学院部分实验室开展了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下。

一、25号楼实验室存在如下问题：

- 116 实验室 操作规程字体偏小；
- 228 实验室 三氯甲烷（易制毒化学品）非自学校购买；
- 231 实验室 干燥箱用劣质插线板连接；
- 254 实验室 楼道（东梯）存放大量废弃化学品；
- 414 实验室 门口走廊摆放大量杂物、废弃化学品及待报废设备；
- 417、431 实验室 门开无人值守，电路改造期间无围闭、无警示标识（8月中旬后无人施工）；
- 424 实验室 墙体渗水、霉变、发黑，电线无线槽，电路失效；
- 426 实验室 退休教师遗留待报废仪器、实验材料较多；
- 436 实验室 堆放较多杂物待清理；
- 513 实验室 天面因渗水发霉变黑；
- 520 和 518 实验室 门口过道摆放废弃化学品；
- 528 实验室 气瓶未固定；
- 5 楼走廊放置待报废的真空干燥箱。

二、麟鸿楼 310 实验室，学生将非实验用的食品带入实验室，并放置在化学品存放区。



三、大学城 B12 实验室存在如下问题：

- 211-3 实验室 甲苯 1 瓶（易制毒化学品），非通过学校申购购买；
- 212-1 实验室 丙酮 15 瓶，硫酸 1 瓶（易制毒化学品），非通过学校申购购买；
- 213 实验室 丙酮、盐酸（易制毒化学品）各 1 瓶，硝酸（易制爆化学品）1 瓶，非通过学校申购购买；
- 213-1/2 实验室 甲苯 2 瓶，丙酮 19 瓶，三氯甲烷 2 瓶，盐酸 1 瓶（易制毒化学品），非通过学校申购购买；6 个气瓶未固定。

四、部分学生在实验室未穿着实验防护服，穿着露趾鞋、拖鞋、短裙、短裤等在操作实验；通风橱使用不规范；少数学生将饮料、食物带入实验室。

五、大多数实验室规章制度及安全操作规程未在明显处挂贴上墙，安全标识不齐。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于 2014 年 9 月 24 日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

大学城校区管委会

二〇一四年九月十六日